



CONTROLLO EFFICIENZA MASCHERE

Test di efficienza per maschere a respirazione assistita distribuite da Vedani Srl



CODICE: 11*3*5

**Categorie: [ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO](#),
[CONTROLLO MASCHERE RESPIRATORIE](#)**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Speciale prova di sicurezza, atta a verificare la tenuta e l'efficienza degli elettrorespiratori Venus1, e Zenith1 e BLS 5400. Il test viene effettuato con l'ausilio delle più innovative unità di prova. La maschera viene contrassegnata per l'identificazione, igienizzata e sottoposta alle prove di efficienza. Il sistema garantisce che l'attrezzatura per la protezione respiratoria sia sempre funzionale e pronto ad un utilizzo in piena sicurezza. Al termine della procedura di test la maschera viene sanificata con soluzione disinfettante (0,15% ipoclorito di sodio) di Biospot (Presidio Medico Chirurgico-Reg. Min. N° 17111) ai sensi e per gli effetti della Nota del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020. Vedani Srl, in qualità di Centro Autorizzato dal produttore, rilascia un Rapporto di Prova nel quale si evidenziano tutti i controlli effettuati e gli interventi realizzati per ristabilire la piena conformità della maschera, secondo le modalità indicate dal costruttore della stessa. Il costo della revisione è fisso e comprende lo smontaggio dei componenti, l'igienizzazione con detergente neutro, la sostituzione delle parti comprese nel kit manutenzione standard, il controllo di efficienza, la sanificazione finale e il rilascio del Rapporto di Prova. Eventuali altre parti sostituite ed il relativo costo di manodopera saranno addebitati a parte. Ogni onere aggiuntivo sarà oggetto di ulteriore preventivazione, subordinata all'accettazione da parte del Cliente. Si precisa che le parti sostituite saranno rese. Ogni maschera deve essere consegnata a Vedani Srl in confezione singola (sacchetto o scatola), con tutti gli accessori a corredo (caricabatteria, batteria, motore, tubo, cintura) e senza filtri. Insieme alla maschera dovrà essere trasmesso il modulo di avvenuta decontaminazione (MD751402 - scaricabile dal sito www.vedani.it), debitamente compilato e firmato. Il personale specializzato di Vedani LAB è disponibile per eseguire l'intervento anche presso la sede del Cliente.

CONFERMA AVVENUTA DECONTAMINAZIONE

[Scarica file](#)